

# KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI NEDİR?

Kan vb. vücut materyali ile  
kontamine olmuş kesici-delici her  
türü materyal ile cildin  
yaralanmasıdır.



## UNUTMAYIN

Her sağlık çalışanı kendinin ve  
ekip arkadaşlarının sağlık ve  
güvenliğini sağlamak  
zorundadır.

Kesici-delici alet  
yaralanmalarının önlenmesi  
ekip işidir...



## KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMALARINDAN KORUNMA ÖNLEMLERİ BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu





## KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE BULAŞMA RİSKİ YÜKSEK HASTALIKLAR HANGİLERİDİR?

- Hepatit B, Hepatit C ve HIV enfeksiyonu
- Kesici-delici alet yaralanmalarında bu enfeksiyonların bulaşma oranı ve belirtilerin ortaya çıkması için gereken süreler (kuluçka süresi);

|           | Bulaşma | Kuluçka    |
|-----------|---------|------------|
| Hepatit B | %30     | 45-180 gün |
| Hepatit C | %3      | 14-180 gün |
| HIV       | %0.3    | 30-120 gün |

## KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMALARI EN FAZLA HANGİ SEBEPLERLE GELİŞİR?

İğnenin kapağının kapatılmaya çalışılması,

- Kesici-delici aletlerin yanlış atığa atılması,
- Hastaya yapılan her türlü invaziv girişime;  
Ø Hazırlıksız başlanması  
Ø Aceleci davranılması
- Kesici-delici atık kutusunun işlem yerinde bulundurulmaması,
- Atıkların, kesici-delici atık kutusuna hemen atılmaması,
- Kesici-delici atıkların;  
Ø Elden ele aktarılması,  
Ø Elde uzun süre bekletilmesi,  
Ø Odalar arası dolaştırılması,  
Ø Olay yerinde bırakılması,  
Dolu kesici-delici atık kutusuna atılmaya çalışılması.



Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu



## KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMALARINDAN NASIL KORUNABİLİRİZ?

- İşleme başlamadan önce: Kesici-delici atıkları hangi kutuya atacağını önceden planla.
- Eldiven: İnvaziv işlem sırasında mutlaka eldiven kullan.
- Kan şekeri: İğne yerine tek kullanımlık lanset kullan.
- Ayırma/bükme yok: İğneleri enjektörden ayırma, eğip-bükme.
- Yerde bırakma: İğneleri işlem alanında asla bırakma.
- Anında at: Kullanılan iğneyi/kesici aleti hemen kesici-delici atık kutusuna at.
- Ulaşılabilir kutu: Kesici-delici atık kutusunu serviste kolay ulaşılabilir, tercihen işlem yapılan yerin hemen yanında bulundur.
- Tekrar kullanım yok: Aynı iğne/alet tekrar kullanılmamalı; zorunlu bir durum varsa sterilitesinin bozulmadığından emin ol (örn. kateter işlemleri).
- Yanlış kutuya atma: Kesici-delici atıkları tıbbi (kırmızı) veya evsel (siyah) atık poşetlerine atma.
- Doldurma sınırı: Kesici-delici atık kutularını en fazla  $\frac{3}{4}$  dolulukta tut;  $\frac{3}{4}$ 'ü geçen kutuyu mutlaka değiştir.